



LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° FSSPSV-436-LPN-B
“EQUIPO GENERADOR DE VAPOR”


ACLARACIÓN N°1

San Salvador, 11 de agosto 2017

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de conformidad al numeral 2.18 Claridad de los Documentos de Licitación de las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, informa a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases del proceso **No. FSSPSV-436-LPN-B** denominado “**EQUIPO GENERADOR DE VAPOR**” que se ha realizado la siguiente aclaración, como se detalla a continuación:


Consulta:	Respuesta:
Lote N°1, Dentro del apartado de las características mecánicas solicitan “empalme de tubos expandidos y ribeteados”, me comunican de fábrica que ellos solo expanden los tubos ya que es lo que requiere el código ASME. ¿Me confirman si este aspecto sería una limitante para participar en la licitación?	Ese aspecto no sería limitante para participar en la licitación, siempre y cuando se cumpla con la norma ASME.

Esta aclaración formará parte integral de las bases.



LICDA. ISELA DE LOS ANGELES MEJIA
JEFA UACI

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Thu Aug 17 09:58:47 CST 2017
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	