



ADENDA No. 1

Licitación Abierta DR-CAFTA LA_ADACA-UE No. 28/2018



ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA: 21 JUN 2018

Fecha: 21 JUN 2018

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de conformidad a los Artículos 50 de la LACAP y 50 del RELACAP, informa a todas las Personas Naturales y Jurídicas que obtuvieron la base del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA_ADACA-UE No. 28/2018 denominada "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, PARA LAS REGIONES DE SALUD DEL MINSAL", cuya fuente de financiamiento es: FONDO GENERAL, que se han realizado modificaciones a la base, como se detalla a continuación:

No.	TEXTO SEGÚN BASES.	MODIFICACIÓN																														
1	<p>Parte II Romano III ASPECTOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS DE LAS OFERTAS Literal B) Cantidad y descripción de los suministros</p> <p>Los suministros objeto de la presente Licitación Abierta deberán ser ofertados y posteriormente entregados de conformidad a la descripción y unidad de medida correspondientes a cada código detallado en la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39</td> <td>20201090</td> <td>PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD a base de aire, a 20,000 rpm. y presión de aire de 35 a 40 psi., con dirección controlada de rotación, compatible con Contrángulo estándar</td> <td>C/U</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>20201115</td> <td>PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, autoclavable, de acero inoxidable, velocidad de 250,000 - 500,000 rpm., a una presión de aire de 28 a 35 psi. máximo. Accesorios: llave quitafresa y lubricante</td> <td>C/U</td> <td>194</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	39	20201090	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD a base de aire, a 20,000 rpm. y presión de aire de 35 a 40 psi., con dirección controlada de rotación, compatible con Contrángulo estándar	C/U	174	40	20201115	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, autoclavable, de acero inoxidable, velocidad de 250,000 - 500,000 rpm., a una presión de aire de 28 a 35 psi. máximo. Accesorios: llave quitafresa y lubricante	C/U	194	<p>Parte II Romano III ASPECTOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS DE LAS OFERTAS Literal B) Cantidad y descripción de los suministros</p> <p>Los suministros objeto de la presente Licitación Abierta deberán ser ofertados y posteriormente entregados de conformidad a la descripción y unidad de medida correspondientes a cada código detallado en la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÍTEM</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39</td> <td>20201090</td> <td>PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD a base de aire, a 20,000 rpm. y presión de aire de 35 a 40 psi., con dirección controlada de rotación, compatible con Contrángulo estándar, la conexión de la pieza de mano debe ser tipo Borden de 2 agujeros.</td> <td>C/U</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>20201115</td> <td>PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, autoclavable, de acero inoxidable, velocidad de 250,000 - 500,000 rpm., a una presión de aire de 28 a 35 psi. máximo. Accesorios: llave quitafresa y lubricante, la conexión de la pieza de mano debe ser tipo Borden de 2 agujeros.</td> <td>C/U</td> <td>194</td> </tr> </tbody> </table>	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	39	20201090	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD a base de aire, a 20,000 rpm. y presión de aire de 35 a 40 psi., con dirección controlada de rotación, compatible con Contrángulo estándar, la conexión de la pieza de mano debe ser tipo Borden de 2 agujeros.	C/U	174	40	20201115	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, autoclavable, de acero inoxidable, velocidad de 250,000 - 500,000 rpm., a una presión de aire de 28 a 35 psi. máximo. Accesorios: llave quitafresa y lubricante, la conexión de la pieza de mano debe ser tipo Borden de 2 agujeros.	C/U	194
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD																												
39	20201090	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD a base de aire, a 20,000 rpm. y presión de aire de 35 a 40 psi., con dirección controlada de rotación, compatible con Contrángulo estándar	C/U	174																												
40	20201115	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, autoclavable, de acero inoxidable, velocidad de 250,000 - 500,000 rpm., a una presión de aire de 28 a 35 psi. máximo. Accesorios: llave quitafresa y lubricante	C/U	194																												
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD																												
39	20201090	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD a base de aire, a 20,000 rpm. y presión de aire de 35 a 40 psi., con dirección controlada de rotación, compatible con Contrángulo estándar, la conexión de la pieza de mano debe ser tipo Borden de 2 agujeros.	C/U	174																												
40	20201115	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA USO ODONTOLOGICO, autoclavable, de acero inoxidable, velocidad de 250,000 - 500,000 rpm., a una presión de aire de 28 a 35 psi. máximo. Accesorios: llave quitafresa y lubricante, la conexión de la pieza de mano debe ser tipo Borden de 2 agujeros.	C/U	194																												

Esta adenda formara parte integral de las bases, el resto del contenido se mantiene inalterable.

San Salvador, a las diez horas del día arriba mencionado.


DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE
MINISTRA DE SALUD



Errdv

MINISTERIO DE SALUD - UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, Teléfono: 2205-7114
www.salud.gov.sv

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Thu Jun 21 14:10:18 CST 2018
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	<p>Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.</p>	