



LICITACION PÚBLICA NACIONAL N°FSSPSV-466-LPN-B
“DIALISALES PARA MANEJO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA”

ENMIENDA N°1

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de conformidad al numeral 2.18 Claridad de los Documentos de Licitación de las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, informa a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases del proceso **No. FSSPSV-466-LPN-B** denominado **DIALISALES PARA MANEJO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA**, que se ha realizado la siguiente enmienda, como se detalla a continuación:

Documento de Licitación-Especificaciones Técnicas	Modificación
<p>Para los Lotes 1, 2 y 4:</p> <p>La empresa adjudicada entregará los accesorios necesarios para la asepsia y desinfección, conexión, infusión y desconexión de cada sesión de diálisis que se realiza el usuario, como mínimo: alcohol gel, lejía (hipoclorito de sodio), jabón líquido, cinta adhesiva para piel, mascarilla y tapón (si este es requerido). Todo lo anterior de acuerdo a la cantidad adquirida por cada lote. Deberá brindar capacitación sobre su sistema de diálisis al personal de salud responsable de las terapias en cada hospital.</p> <p>Línea de transferencia, cantidad 100 y Pinzas, cantidad 100.</p>	<p>Para los Lotes 1, 2 y 4: El licitante deberá ofertar estos lotes de manera conjunta, los cuales deberán ser de la misma marca y en las cantidades establecidas para cada uno de ellos. El MINSAL no adjudicará por lotes separados o que falte alguno de los lotes.</p> <p>La empresa adjudicada entregará los accesorios necesarios para la asepsia y desinfección, conexión, infusión y desconexión de cada sesión de diálisis que se realiza el usuario, como mínimo: alcohol gel, lejía (hipoclorito de sodio), jabón líquido, cinta adhesiva para piel, mascarilla y tapón (si este es requerido). Todo lo anterior de acuerdo a la cantidad adquirida por cada lote. Deberá brindar capacitación sobre su sistema de diálisis al personal de salud responsable de las terapias en cada hospital.</p> <p>Línea de transferencia, cantidad 100 y Pinzas, cantidad 100.</p>



LICITACION PÚBLICA NACIONAL N°FSSPSV-466-LPN-B
“DIALISALES PARA MANEJO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA”

<p>Para los Lotes 6 y 7:</p> <p>Se solicita el servicio en comodato de siete máquinas para hemodiálisis con bicarbonato y ultra filtración programada, que incluya el tratamiento de agua con desionizador, osmosis inversa, luz ultra violeta y sus respectivos filtros de sedimento: 5 máquinas con bomba de sangre de 0.8 mm (estándar) y dos máquinas con bomba de sangre de 0.6 mm (pediátrica). Deberá incluir mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos como parte del comodato, las cuales serán instaladas en Hospital Benjamín Bloom.</p>	<p>Para los Lotes 6 y 7: El licitante deberá ofertar estos lotes de manera conjunta, los cuales deberán ser de la misma marca y en las cantidades establecidas para cada uno de ellos. El MINSAL no adjudicará por lotes separados o que falte alguno de los lotes.</p> <p>Se solicita el servicio en comodato de siete máquinas para hemodiálisis con bicarbonato y ultra filtración programada, que incluya el tratamiento de agua con desionizador, osmosis inversa, luz ultra violeta y sus respectivos filtros de sedimento: 5 máquinas con bomba de sangre de 0.8 mm (estándar) y dos máquinas con bomba de sangre de 0.6 mm (pediátrica). Deberá incluir mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos como parte del comodato, las cuales serán instaladas en Hospital Benjamín Bloom.</p>
<p>Para los Lotes 3 y 5:</p> <p>Se solicita en comodato de doce máquinas automatizadas para diálisis peritoneal intermitente ambulatoria, las cuales serán instaladas en Hospital Benjamín Bloom.</p>	<p>Para los Lotes 3 y 5: El licitante deberá ofertar estos lotes de manera conjunta, los cuales deberán ser de la misma marca y en las cantidades establecidas para cada uno de ellos. El MINSAL no adjudicará por lotes separados o que falte alguno de los lotes.</p> <p>Se solicita en comodato de doce máquinas automatizadas para diálisis peritoneal intermitente ambulatoria, las cuales serán instaladas en Hospital Benjamín Bloom.</p>

Esta enmienda formará parte integral del documento de licitación.


Las demás condiciones y especificaciones técnicas se mantienen sin modificar.

San Salvador, 22 de febrero de 2018


Dra. Elvia Violeta Menjívar Escalante
MINISTRA DE SALUD

Handwritten signature

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Thu Feb 22 16:37:13 CST 2018
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	