



LICITACION PÚBLICA NACIONAL N°FSSPSV-437-LPN-B
“EQUIPOS DE MONITOREO E IMAGENES”

ENMIENDA N°2

El Ministerio de Salud (MINSAL) a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de conformidad al numeral 2.18 Claridad de los Documentos de Licitación de las Normas: Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, informa a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases del proceso No. **FSSPSV-437-LPN-B** denominado “**EQUIPOS DE MONITOREO E IMAGENES**” que se ha realizado la siguiente aclaración, como se detalla a continuación:

LOTE N°2-EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA-60303240	
Documento de Licitación-Especificaciones Técnicas	Modificación
*Transductor convexo de 2 a 5 MHz, con 4 frecuencias fundamentales y 4 armónicas, con profundidad de hasta 30 cm, de al menos 192 elementos.	*Transductor convexo de 2 a 5 MHz, con 4 frecuencias fundamentales y 4 armónicas, con profundidad de hasta 30 cm, de al menos 150 a 200 elementos .
* Transductor endocavitario de 4 a 9 MHz, 145 grados de apertura mínimo, 90 grados de barrido 4D, con 3 frecuencias fundamentales y armónicas de hasta 11 Mhz, de al menos 192 elementos.	* Transductor endocavitario de 4 a 9 MHz, 145 grados de apertura mínimo, 90 grados de barrido 4D opcional , con 3 frecuencias fundamentales y armónicas de hasta 9 Mhz como mínimo , en un rango de 150 a 200 elementos .
*Peso del equipo menor a 60 kgs. Con manijas tanto delanteras, como traseras para facilidad de traslado.	*Peso del equipo entre 50Kg a 90 Kg . Con manijas tanto delanteras, como traseras para facilidad de traslado.
*Procesamiento digital de imagen con más de 180,000 canales de procesamiento.	*Procesamiento digital de imagen con un rango de 150,000 canales de procesamiento en adelante.
*8 focos simultáneos, zoom postproceso de al menos 8x.	* 4 a 8 focos , zoom postproceso de al menos 8x

Esta enmienda formará parte integral del documento de licitación.


Las demás condiciones y especificaciones técnicas se mantienen sin modificar.

San Salvador, 21 de septiembre de 2017




Dra. Elvia Violeta Menjivar Escalante
MINISTRA DE SALUD

Este documento esta firmado por

	Firmante	EMAILADDRESS=dtic@salud.gob.sv, CN=Firma digital de la DTIC, OU=DTIC, O=Ministerio de Salud, L=San Salvador, ST=San Salvador, C=SV
	Fecha/Hora	Fri Sep 22 09:56:18 CST 2017
	Emisor del Certificado	CN=*.salud.gob.sv, OU=Comodo PremiumSSL Wildcard, OU=Direccion de Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (DTIC), O=Ministerio de Salud, STREET=Calle Arce No.827, L=San Salvador, ST=San Salvador, OID.2.5.4.17=503, C=SV
	Numero de Serie	15851056948735932808
	Metodo	urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature)
Nota	Este archivo está firmado digitalmente Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones Ministerio de Salud El Salvador, C.A.	